

南宁市第二妇幼保健院

竞争性谈判采购文件

项目名称：南宁市第二妇幼保健院大沙田口腔门诊设备采购
项目编号：NEFYZB2023-0001

采购人：南宁市第二妇幼保健院

2023年3月

目 录

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 第一章 | 竞争性谈判公告 | 1 |
| 第二章 | 货物需求一览表 | 3 |
| 第三章 | 评审方法 | 15 |
| 第四章 | 竞标人须知及前附表 | 16 |
| 第五章 | 响应文件格式 | 27 |
| 第六章 | 合同主要条款 | 37 |

第一章 竞争性谈判公告

南宁市第二妇幼保健院大沙田口腔门诊设备采购 (项目编号: NEFYZB2023-0001) 竞争性谈判公告

南宁市第二妇幼保健院现对信息系统采购进行竞争性谈判, 欢迎符合条件的供应商前来竞标。

一、项目名称: 南宁市第二妇幼保健院大沙田口腔门诊设备采购

二、项目编号: NEFYZB2023-0001

三、采购预算金额(人民币): 193200 元

四、采购内容: 全自动牙科治疗仪等设备, 具体内容详见采购文件, 以采购文件为准。

五、竞标人资格要求:

- 1、具有国内法人资格, 注册经营范围满足采购内容的供应商。
- 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
- 3、具有行业主管部门颁发的有效生产或经营许可证。
- 4、本项目不接受联合体。

六、竞争性谈判报名内容:

1、报名时间: 2023 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 31 日止(工作日), 每日 8:00-12:00 时, 14:30-17:30 时。

2、报名地点: 南宁市第二妇幼保健院 (南宁市邕宁区八鲤路 129 号);

3、报名资料:

- ①企业营业执照复印件;
- ②具有行业主管部门颁发的有效生产或经营许可证;
- ③法定代表人或分支机构负责人授权委托书;

④委托代理人第二代有效身份证复印件; 备注: 上述报名资料统一用 A4 纸复印装订(装订成一册方为有效), 每页加盖公司公章。采购人对投标人提交的报名资料核对, 不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。以上材料复印件均须加盖单位公章否则不予报名。

七、响应文件递交截止时间和地点:

竞标人应于 2023 年 4 月 3 日下午 9 时 00 分, 将响应文件密封送交到南宁市第二妇幼保健院(南宁市邕宁区八鲤路 129 号), 逾期送达的将予以拒收(竞标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议(携带本人身份证原件, 委托代理人出席应携带单位授权委托书原件))。

九、谈判时间及地点：2023年4月3日下午9时00分整截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由南宁市第二妇幼保健院另行通知。地点：南宁市邕宁区八鲤路129号，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十、发布公告的媒介：南宁市第二妇幼保健院 网站。

十一、本次竞争性谈判联系事项：

1. 采购人名称：南宁市第二妇幼保健院

采购人地址：南宁市邕宁区八鲤路129号

联系姓名：李科长 联系电话：0771-4711558



第二章 货物需求一览表

说明:

- 1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号**仅起参考作用**，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要**相当于或优于**参考品牌、型号。
- 2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。
- 3、本货物需求一览表中**标注★号的内容为实质性要求和条件**。
- 4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注**▲号**的为**核心产品**。
- 5、如该采购需求属于**不能明确具体数值的**，采购人应在此采购需求的数值后标注**◆号**。
- 6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A 标:

| 项 号 | 货物名称 | 数量 | 参考 品牌、 型号 | 技术参数要求 |
|--------|---------|-----|-----------------|--|
| 1 | 便携式根管马达 | 1 台 | | <p>一、功能简介： 便携式根管马达主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。</p> <p>二、特点：</p> <p>*1. 采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热小，输出更精准，更稳定，更高效；</p> <p>*2. 超迷你 6：1 减速比弯机头，360° 可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔；</p> <p>*3. 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；</p> <p>4. 往复模式角度每 10° 可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效；</p> <p>5. 无线手柄，操作更自如；</p> <p>6. 9 种自定义程序和内置多种主流锉系统，内置过台阶模式；</p> <p>7. 扭矩和速度范围宽，速度：100—2500rpm，扭矩 0.4—5.0Ncm；</p> <p>8. 集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；</p> <p>9. 手柄无线充电。</p> |

| | | | |
|---|-------|----|--|
| | | | <p>三、设备安全分类：</p> <p>1、按运行模式分类：连续运行设备；</p> <p>2、按防电击类型分类：带内部电源的II类设备；</p> <p>3、按防电击程度分类：B型应用部分；</p> <p>4、对进液防护程度：普通器材（IPX0）。</p> |
| 2 | 根管测量仪 | 1台 | <p>一、功能简介</p> <p>1. 配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹；</p> <p>2. 基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度；</p> <p>3. 锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染；</p> <p>4. 电池可充电，不必反复更换电池；</p> <p>5. 可折叠，方便调整视角；</p> <p>6. 设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。</p> <p>二、设备安全分类</p> <p>1. 按防电击类型分类：带内部电源的II类设备；</p> <p>2. 按防电击程度分类：BF型应用部分；</p> <p>3. 对进液防护程度：普通器材（IPX0）；</p> <p>4. 按运行模式分类：连续运行设备。</p> <p>三、主要技术参数</p> <p>1. 电池：3.7V/750mAh</p> <p>2. 电源适配器：~100V-240V 50Hz/60Hz，0.4A Max</p> <p>3. 输出信号电压：≤~200mV</p> <p>4. 输出信号频率：≤8kHz</p> <p>5. 功耗：≤0.5W</p> |

| | | | | |
|---|-----------|-----|--|--|
| | | | | <p>*6. 显示：4.5 英寸LCD屏</p> <p>7. 声响提示：锉针在距离根尖小于 2mm时会有报警声提示</p> |
| 3 | 光敏固化机 | 1 台 | | <p>一、主要技术参数：</p> <p>1. 电源输入： 100-240V~ 50Hz/60Hz 输出： DC 5V/1A</p> <p>2. 电池： 18490 3.6V/1400mAh</p> <p>3. 光照强度： P1 高光强模式： 2300-250mW/cm² P2 标准模式： 1000-1200mW/cm²</p> <p>4. 导光棒光学有效面积： 50mm²</p> <p>5. 波长： 385nm-515nm</p> <p>6. 外形尺寸： 240mm×25mm×25mm</p> <p>7. 主机重量： 278g</p> <p>8. 运行模式： 间歇运行设备</p> <p>9. 工作模式： P1 高光强模式、P2 标准模式.</p> <p>二、配置清单：</p> <p>01. 光固化主机 1</p> <p>02. 遮光片 1</p> <p>03. 高度块 1</p> <p>04. 电源适配器 1</p> <p>05. 充电座 1</p> <p>06. 一次性隔离套 100</p> <p>07. 透明盖 5</p> <p>08. 使用说明书 1</p> <p>09. 合格证 1</p> <p>10. 装机单 1</p> |
| 4 | ▲全自动牙科治疗仪 | 1 台 | | <p>一、整体要求：全自动牙科治疗仪外壳采用注塑工艺，治疗台器械挂架可单独 135 度旋转。</p> <p>二、性能特点：</p> <p>医生位：</p> <p>1. ★治疗台采用水、电分离式设计，独立可旋转的器械挂架，水气调节均在器械挂架处，无需担心因漏水漏气导致电路的损坏，便</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>于维护。超大的治疗台器械盘（60*30cm），配有可高温高压灭菌的硅胶垫。</p> <p>2. 治疗台控制面板：可控制电动牙科椅运动、漱口水加热，杯水、冲盂、口腔灯开关及五个记忆椅位（工作 A 位、工作 B 位、复位、急救位、漱口位）。</p> <p>3. 治疗台配有气锁开关，可轻松控制治疗台上下放置位置。</p> <p>助手位：</p> <p>1. 助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、复位、口腔灯开关。</p> <p>2. 吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。</p> <p>3. 助手位四个器械搁架：助手位三用枪、强吸、弱吸及预留内置式光固化机挂架。</p> <p>4. 助手位臂可以 90° 旋转，为四手操作提供充足空间需求。</p> <p>侧箱：</p> <p>1. ★与牙科综合治疗机同品牌的 LED 口腔灯，三关节设计，满足各个角度照射，把手可拆卸且支持六个角度安装，配有感应式开关，可控制口腔灯亮灭或进行光亮度调节，具有蓝光截止功能，与椅位智能联动。</p> <p>2. 侧箱可 90° 旋转；可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，漱口盆可在 180° 范围内旋转。</p> <p>电动牙科椅：</p> <p>1. 采用多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用</p> <p>2. ★通过角度传感器实现椅位记忆，精确度高，故障率低，可设定并储存五个智能化程序椅位。</p> <p>3. ★电动牙科椅最低椅位高度 $\leq 380\text{mm}$，配有软起动升降系统，使电</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>动牙科椅柔性起动、停止。</p> <p>4. 电动牙科椅符合人体工程学设计，使患者身体各个部位得到良好的包裹和支撑。超薄型椅背设计，使医生以主动体位工作。</p> <p>5. 电动牙科椅下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。</p> <p>脚控开关：</p> <p>1. ★多功能集成脚控开关（踏板/拨杆式可选），可控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气、动态器械水切换、口腔灯开关、漱口水和冲盂水开关。可控制 5 个记忆椅位：工作位 A/B、漱口位、漱口复位、复位，并与口腔灯智能联动。一键完成多项功能，提高工作效率，降低交叉感染风险。</p> <p>其它：</p> <p>1. 拥有智能化联动程序：口腔灯自动开关，与椅位（工作位 A/B、漱口位、休止位）、漱口杯给水、冲痰盂智能联动。一键完成多项功能，大大提高工作效率。</p> <p>2. 口腔灯可以通过医生位面板、助手位面板、脚踏和感应四种方式来控制开关。</p> <p>3. 通过 ISO13485 质量管理体系认证。</p> <p>4. 灯臂和平衡臂负载能力均可调节。</p> <p>5. 机椅互锁：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定。</p> <p>6. 可选配管道消毒系统和动态器械管线快接系统。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 电压：220VAC 50Hz</p> <p>2. 功率：900VA</p> <p>3. 水压：200—400Kpa</p> <p>4. 水流量：≥10L/min</p> <p>5. 气压：≥550Kpa</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>6. 气流量：≥50L/min</p> <p>7. 环境温度：10° C—40° C</p> <p>8. 相对湿度：30%—75%</p> <p>9. 大气压力：70Kpa-106Kpa</p> <p>10. 口腔灯光照度：8000-30000LUX</p> <p>11. 座垫面离地最高高度：≥800mm</p> <p>12. 座垫面离地最低高度：≤380mm</p> <p>四、标准配置清单：</p> <p>1. 医生位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2条四孔高速手机线 2) 1条四孔低速气动马达线 3) 1支三用喷枪 4) 外置式LED大观片灯 5) 多功能控制面板 6) 一套洁牙机预置件 7) 活动臂气控锁 8) 超大尺寸器械盘（60*30cm），配有硅胶垫 <p>2. 助手位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1支三用喷枪 2) 1支强吸/1支弱吸 3) 多功能控制面板（11键） 4) 助手位小器械托盘 <p>3. 其他配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 感应调光LED口腔灯一套 2) 多功能脚控开关一套 3) 可拆卸清洗的陶瓷漱口盆一套 4) 蒸馏水系统一套 |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|----------|----|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 5) 漱口水加热系统一套 6) 医生座椅一把 7) 带过滤网的吸唾系统一套 8) 旋转侧箱一套 9) 固定扶手一个 |
| 5 | 牙科负压抽吸系统 | 1台 | | <p>一、整体要求：立式设计，具有延时抽吸功能，可监测牙椅自动启停，向牙科治疗机提供稳定高效的负压源。</p> <p>二、性能特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 抽吸机定制大流量风机 2. *自动控制系统：自动感应牙椅工作状态，实现抽吸机的启动和停止 3. 延时抽吸功能：尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净 4. *全抽全排的抽吸工作，卫生高效 5. 过载保护设计，安全可靠 6. 配抽吸机过滤器，过滤更加彻底 7. 低噪音设计,降低噪音污染 <p>三、技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 使用电源：a. c. 220 V/50-60Hz 2. 额定功率：500W 3. 最大电流：4.8A 4. 抽吸流量量：1000L/min 5. 支持牙椅数量：1-2台 |

| | | | |
|---|-------|-----|---|
| | | | <p>6. 真空度：-13KPa</p> <p>7. 环境温度：15~35℃</p> <p>8. 相对湿度：≤75%</p> <p>9. 大气压力：86kPa~106kPa</p> <p>四、标准配置清单：</p> <p>1. 牙科电动抽吸机主机 1 个</p> <p>2. Ø20 排污管 2 米</p> <p>3. Ø40 抽吸管 1.5 米</p> <p>4. Ø50 排气管 1.2 米</p> <p>5. Ø40-50 转接头 1 个</p> |
| 6 | 牙科离心机 | 1 台 | <p>1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。</p> <p>2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。</p> <p>3、液晶显示，人性化界面，操作简单便捷</p> <p>4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。</p> <p>5、配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。</p> <p>6、*采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。</p> <p>7、*采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱</p> <p>8、*不锈钢内腔，独特风道设计，便于腔体散热。</p> <p>9、* 可选配三轴陀螺不平衡检测仪，具有不平衡检测灵敏度高，检测可靠性高，可根据不同离心机阻尼器调整检测控制阈值，响应速度快，</p> |

| | | | |
|---|----------|----|--|
| | | | <p>可在线调阅值，调整方便，使用寿命长，抗冲击和抗振动性能好等优点。</p> <p>10、最高转速：4000r/min</p> <p>11、最大相对离心力：2500×g</p> <p>12、最大容量：50ml×6</p> <p>13、转速精度：±30r/min</p> <p>14、时间设置范围：1s~99min59s/1min-99min</p> <p>15、整机噪音：<60dB（A）</p> <p>16、电源：AC220V 50Hz 5A</p> <p>17、整机功率：150W</p> <p>18、外形尺寸：330mm×420mm×280mm（L×W×H）</p> <p>19、重量：14kg</p> <p>20、配置：主机一台，转子10ml*12支。</p> |
| 7 | 牙科污水处理设备 | 1台 | <p>1. 支持牙椅数:1-4</p> <p>2. 电源（V/HzAC）:220/50(1~)</p> <p>3. 额定功率（W）:220</p> <p>4. 污水进入模式:自吸/自流/双模式</p> <p>5. 处理方式:臭氧杀菌</p> <p>6. 自流高度（mm）:130</p> <p>7. 最大污水处理量（L/min）:30</p> <p>8. 自吸管径（mm）:25</p> <p>9. 排水管径（mm）:50</p> <p>10. 投药功能:可手动</p> <p>11. 附带配件 1:液位感应一体式自吸抽吸头</p> |

| | | | |
|---|-----------|-----|--|
| | | | <p>12. 附带配件 2:便携式过滤器</p> <p>13. 附带配件 3:自流口</p> <p>14. 带配配件 4:接头排放口</p> <p>15. 附带配件 5:接头取样口开关接头</p> <p>16. 外形尺寸 (L*W*H) mm:470*375*530</p> |
| 8 | 牙科无油空气压缩机 | 1 台 | <p>一、整体要求: 采用碳素钢罐体, 内涂纳米银离子抗菌涂层, 高效抗菌达 99.99%; 选用纯铜无油压缩机、进口阀片、高耐磨密封材料和进口轴承, 确保稳定运行并提供高质量的洁净压缩空气。</p> <p>二、性能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. *罐体采用纳米银离子抗菌涂层, 高效抗(细)菌达 99.99%, 预防感染 2. 优质铜芯电机, 具有过热保护功能。 3. *采用高精密气缸, 进口轴承, 进口高耐磨密封材料, 进口阀片, 增强耐磨性, 有效增加电机使用寿命。 4. 先进的散热风口设计, 快速散热, 保证电机运行稳定 5. *智能驱动控制技术, 电机专用保护控制模块, 延长机头使用寿命, 有效降低能耗, 节能省电。 6. *具有自动排水功能, 避免压缩空气被冷凝水污染, 减少维护频率, 节省人工成本。 7. 碳素钢罐体, 内部防锈处理, 有效避免罐体内部锈蚀 8. 采用无油压缩机, 确保压缩气体洁净无油 9. 采用压力开关, 罐体压力达到/减至规定压力, 自动启停, 高效便捷。 10. 配备安全保护阀, 过压自动泄气, 保证安全性 <p>三、技术参数:</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用电源：a. c. 220 V/50 Hz 2. 输入功率：750W 3. 额定排气量：80L/min (0.4MPa) 4. 压力开关：0.55-0.8MPa 5. 储气罐容积：32L 6. 噪音：≤68dB (A) 7. 罐体内部银离子涂层：60-80 μ m 8. 罐体内部抗（细）菌率：99.99% 9. 环境温度：+10℃~+40℃ 10. 相对湿度：≤75% 11. 大气压力：70 kPa~106 kPa 12. 外形尺寸：406*406*633（长宽高） 13. 重量：26KG <p>四、标准配置清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 压缩机头 1 个 2. 压力开关 1 个 3. 空气储气罐 1 个 4. 自动排水阀 1 个 5. 过滤调压器 1 个 6. 滤清器 1 个 7. 安全阀 1 个 8. 压力表 1 个 9. 排气电磁阀 1 个 10. 出气口球阀 1 个 |
|--|--|--|---|

商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 个工作日内。

★二、交货期：自签订合同之日起 5 天内。

三、交货地点：南宁市第二妇幼保健院指定地点。

四、交货方式：现场交货。

五、售后服务要求：

★（一）质保期

1. 产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格。质保期从验收合格之日起硬件不少于一年，其他不少于半年，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，投标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品免费维护期为验收合格后 1 年，满 1 年后为有偿维护，维护费收取标准由投标人根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。

★（二）售后服务内容

1、发生故障时，在接到报修通知后，30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 6 小时，重大故障处理时限不超过 12 小时修复，终身提供技术支持。

2、中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员掌握所培训的内容。

4、在广西地区有完善的售后体系，应设有售后服务点，并写明详细的售后服务点地址及联系人、联系方式。

六、验收方式：按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22 号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205 号] 执行。

七、其他要求：

1、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件中货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人有权单方面终止合同拒收货物并追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报有关监督管理部门。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。本项目主要工作内容不允许转包，项目主要技术人员均需要是中标人公司正式员工，否则视为违约。

★八、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、随配附件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括安装费用；

★九、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后一次性支付合同款。

第三章 评审方法

最低评标价法

谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先（需要相关职能部门的证明材料）、技术指标高优先（以技术方案说明为评审标准）、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即 $\text{评标价} = \text{竞标报价} \times (1 - 6\%)$ ；（以竞标人按第五章“响应文件格式”要求提供的《竞标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予 2% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即 $\text{评标价} = \text{竞标报价} \times (1 - 2\%)$ ；（以竞标人按第四章“响应文件格式”要求提供的《竞标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）除上述情况外，评标价 = 竞标报价；

第四章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
|-----|-------------|--|
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市第二妇幼保健院 地址：南宁市邕宁区八鲤路 129 号 联系人：李科长 联系电话：0771-4711558 |
| 1.2 | 项目名称 | 南宁市第二妇幼保健院大沙田口腔门诊设备采购 |
| 1.3 | 项目编号 | NEFYZB2023-0001 |
| 1.4 | 采购预算 | 193200 元 |
| 1.5 | 报名时间及地点 | 报名时间：2023 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日止（工作日）， 每日 8:00-12:00 时，14:30-17:30 时； 地点：南宁市邕宁区八鲤路 129 号（南宁市第二妇幼保健院） |
| 1.6 | 竞标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营范围满足采购内容的供应商。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 3、具有行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证； 4、本项目不接受联合体。 |
| 1.7 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体投标 |
| 1.8 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市邕宁区八鲤路 129 号 质疑咨询电话：0771-4737409 |
| 1.9 | 响应文件份数 | 报价文件：正本 1 份，副本 3 份 技术文件：正本 1 份，副本 3 份 商务文件：正本 1 份，副本 3 份 |
| 2 | 竞标有效期 | 自递交响应文件截止时间起 60 天 |
| 2.1 | 递交响应文件截止时间 | 2023 年 4 月 3 日下午 9 时 00 分 |
| 2.2 | 递交响应文件地点 | 南宁市第二妇幼保健院（南宁市邕宁区八鲤路 129 号） |
| 2.3 | 递交竞标样品截止时间 | 无 |
| 2.4 | 递交竞标样品地点 | 无 |
| 2.5 | 谈判地点 | 谈判时间：竞标截止时间后（具体时间另行通知） 谈判地点：与递交响应文件地点相同 |
| 2.6 | 需要补充的其他内容 | 无 |

竞标人须知

一、总则

1. 项目概况

1.1 采购人：见竞标人须知前附表。

1.2 采购人：见竞标人须知前附表。

1.3 项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4 项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5 采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6 资金来源：自筹资金。

1.7 获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：见竞标人须知前附表。

采购信息媒体发布公告（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西恒基建设工程咨询有限公司 网站。

3. 竞标人资格要求：

3.1 竞标人应具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）竞标单位采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3 竞标人须知前附表规定不接受联合体竞标。

3.4 竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购人或其附属机构有任何关联。

4. 疑问和质疑

4.1 竞标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人项目负责人提出询问；

4.2 竞标人如认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑；递交响应文件截止时间后，采购人不再受理对竞争性谈判采购文件的询问或质疑。竞标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.3 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4 供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑供应商和被质疑的采购人名称、地址、电话、邮编等；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 权益受到损害的事实和理由；

(4) 相关证明材料；

(5) 提起质疑的日期。

(6) 附件材料：网上报名成功页面；缴纳竞标保证金银行凭证；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

4.5 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.6 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

(1) 质疑供应商是参与所质疑采购活动的供应商；

(2) 质疑书内容符合本章第 4.4 项的规定；

(3) 在质疑有效期限内提起质疑；

(4) 属于所质疑的采购人组织的采购活动；

(5) 同一质疑事项未经采购人质疑处理；

(6) 财政部门规定的其他条件。

4.7 采购人自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑。对采购人、采购人的答复不满意，或者采购人、采购人未在规定时间内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向相关采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

(1) 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的投诉事项及事实依据；

(3) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(4) 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

二、竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1 本竞争性谈判采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章 竞标公告

第二章 竞标人须知

第三章 货物需求一览表

第四章 评审方法

第五章 响应文件格式

第六章 合同条款及格式

6.2 根据本章第 7.1 项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1 采购人或采购人对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改的，应在递交响应文件截止时间三日前，以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人；同时，采购人在本章第 2 项规定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2 采购人和采购人可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间，但应当在递交响应文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。同时，采购人在本章第 2 项规定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、响应文件

8. 响应文件的编制

8.1 竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

8.2 对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中标注为实质性要求和条件的服务要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3 竞争性谈判采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5 第五章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6 响应文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7 响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8 响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1 竞标人的响应文件以及竞标人与采购人、采购人就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 响应文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成

10.1 竞标人需编制的响应文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1 首次报价文件，包括：

- (1) 竞标函：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；
- (2) 竞标报价表：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写；
- (3) 中小企业声明函：按第五章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。
- (4) 广西工业产品声明函：按第五章“响应文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项如有请提交。

10.1.2 技术文件，包括：

- (1) 竞标产品技术资料表：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标服务技术资料表（格式）”的要求填写；
- (2) 其它：针对本项目所竞标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；技术文件中的第（2）项如有请提交。

10.1.3 商务文件，包括：

(1) 竞标人资格文件:

①**信用声明函**。按第四章“竞标文件格式”提供的“信用声明函(格式)”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人,将被拒绝参与本项目政府采购活动。

②根据本章第 3.2 项规定的竞标人应具备的特定条件提供,包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件(竞标人如为企业的,要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围,如需要核验营业执照原件,供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核)和竞标人资格的其他证明文件复印件;

(2) 法定代表人身份证明复印件:如使用第二代身份证应提交正、反面复印件,如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件,要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符;

(3) 法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件;

(4) 售后服务承诺书:按第五章“响应文件格式”提供的“售后服务承诺书(格式)”的要求填写;

(5) 商务条款偏离表:按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表(格式)”的要求填写;

(6) 法定代表人授权委托书:按第五章“响应文件格式”提供的“法定代表人授权委托书(格式)”的要求填写;

(7) 委托代理人身份证明复印件:如使用第二代身份证应提交正、反面复印件,如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件,要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符;

(8) 其它:竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明(附成交通知书复印件或合同复印件)、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明(附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件),等等。

商务文件中的第(1)~(5)项必须提交;第(6)、(7)、第(8)项如有请提交。

10.2 竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册,并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样,一旦正本和副本不符,以正本为准,正本加盖骑缝章,否则竞标无效。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 竞标报价

11.1 竞标人应以人民币报价。

11.2 竞标人可就第二章“货物需求一览表”中的所有内容报出完整且唯一报价。(标段包含多个设备单体时,要求报单价和总价)

11.3 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价,其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4 不论竞标结果如何,竞标人均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

四、竞标

14. 响应文件的密封

14.1 竞标人应将响应文件进行密封包装，并在包装面上加盖单位公章。

14.2 竞标人将首次报价文件、技术文件和商务文件三部分的正本、副本一同密封在一个密封袋内，递交文件时递交一个密封袋。

15. 响应文件及竞标样品的递交

15.1 竞标人递交响应文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2 竞标人递交响应文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3 竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4 竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5 竞标人递交响应文件时，应自行检查其响应文件的密封性，并签字确认。

五、评审与谈判

16. 截标

竞标人的法定代表人或其委托代理人应在递交响应文件截止时间到达响应文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。参加开标的竞标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件），并接受监督人员的验证，否则不予启封其响应文件。

17. 评审与谈判

17.1 成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由医院专家组成。采购人根据本项目的特点，由相关专家库中家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2 评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3 评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4 评审程序：

17.4.1 采购人项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2 采购人项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长。

17.4.3 谈判小组在响应文件拆封前对响应文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4 响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

(2) 符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

17.4.6 制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7 确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8 谈判。

(1) 谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点按签到顺序与各竞标人进行每轮谈判。

(2) 谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注★号的条款除外。

(3) 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

(4) 竞标人的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加谈判。竞标人未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

(5) 谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

(6) 谈判小组与竞标人可进行多轮谈判，竞标人的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

(7) 竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或响应文件中相应的内容，并构成响应文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9 低于成本报价。谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关

证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.10 按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11 对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5 评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 响应文件的修正

18.1 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

- (1) 响应文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2 按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1 竞标人未在本章第 15.1 项规定的时间之前将响应文件送达至本章第 15.2 项指定地点的，采购人应当拒绝接收该竞标人的响应文件。

19.2 竞标人未在本章第 15.3 项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第 15.4 项指定地点的，采购人应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

- (1) 竞标人不具备本章第 3 项规定的竞标人资格要求的；
- (2) 响应文件未按本章第 8.8 项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；
- (3) 响应文件未按本章第 10.1 项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“响应文件格式”的要求）；
- (4) 响应文件不符合本章第 10.2 项规定的；
- (5) 竞标报价不符合本章第 11 项规定的或超过采购预算的或谈判小组认定低于成本报价的；
- (6) 竞标人未能按本章第 13.4 项的要求出具已交纳竞标保证金（不少于规定金额）的相关证明的；
- (7) 响应文件不符合本章第 14 项规定的；
- (8) 竞标人出现本章第 18.2 项所述情形的；
- (9) 响应文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

- (10) 谈判小组认为响应文件存在严重负偏离的;
- (11) 响应文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的;
- (12) 竞标人在竞标过程中提供虚假材料的。
- (13) 响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

21. 废标

21.1 在采购过程中, 出现下列情形之一的, 予以废标:

- (1) 符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的 (在资格性检查中, 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加竞标, 如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品竞标的, 应当作为一个供应商计算);
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 竞标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

21.2 废标后, 采购人将在本章第 2 项规定的采购信息发布媒体上公告废标理由, 不再另行通知。

六、合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序, 并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1 成交供应商确定后, 成交结果由采购人于五个工作日内在医院网站进行公示, 同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后, 采购人改变成交结果, 或者成交供应商放弃成交, 应当承担相应的法律责任。

24. 响应文件及竞标样品的退回

24.1 采购人及采购人无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回响应文件。

24.2 成交供应商的竞标样品由采购人保管, 作为验收的依据, 验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回, 否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1 采购人和成交供应商应当在第二章“设备配置及参数一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内, 根据竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体竞标的, 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不

合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.3 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.4 发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.7项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.5 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还投标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.7 采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26. 履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金和质量保证金。

七、其他事项

28. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据相关法律法规编制，解释权属采购人。

29. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

第五章 响应文件格式

竞标函（格式）

致：_____（采购单位名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、首次报价文件正本一份，副本__份（包含按竞标人须知第 10.1.1 项要求提交的全部文件）；
- 二、技术文件正本一份，副本__份（包含按竞标人须知第 10.1.2 项要求提交的全部文件）；
- 三、商务文件正本一份，副本__份（包含按竞标人须知第 10.1.3 项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币_____（¥_____元）的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：_____，提供本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

____分标报价为（大写）人民币_____（¥_____元），交货期：_____；

____分标报价为（大写）人民币_____（¥_____元），交货期：_____；

……

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第 15.1 项规定的递交响应文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第 12.1 项规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并

按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“竞标人须知”第 13.5 项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

____年____月

竞标报价表（格式）

____分标（有分标时注明）

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 (元) ② | 单项合价 (元) ③=①×② | 备注 |
|----------------------------|------|----------|---------------------|------|----------------|----------------------|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 分标报价：（大写）人民币_____（¥_____元） | | | | | | | |
| 合同签订期：_____ | | | | | | | |
| 交货期：_____ | | | | | | | |
| 交货地点：_____ | | | | | | | |

____分标（有分标时注明）

.....

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

中小企业声明函（格式）

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。
- 4、请提供相关职能部门出具的证明文件。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

竞标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

____分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 | | | | 响应文件承诺 | | | | | 偏离说明 |
|-----|-------------|----|--------|----|--------|----|-------------|------|----|------|
| | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

____分标（有分标时注明）

.....

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

售后服务承诺书（格式）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

____分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
|-----|----------------|-------------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

____分标（有分标时注明）

.....

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

法定代表人授权委托书（格式）

致：_____（采购人名称）

本人_____（姓名）系_____（竞标人名称）的法定代表人，现授权_____（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，委托期限：_____。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

信用声明函（格式）

致：（采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标服务成果和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录及提供网页截图。查询时间为本项目竞标截止时间前 10 日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

第六章 合同主要条款

采 购 合 同 书

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间： 年 月 日

一、合同书

二、补充协议（如有请提供）

三、合同附件

- 1、成交通知书
- 2、竞争性谈判采购文件项目需求一览表
- 3、竞争性谈判采购文件的更改通知（如有请提供）
- 4、竞标函
- 5、竞标报价表
- 6、竞标产品技术资料表
- 7、商务条款偏离表
- 8、谈判文件
- 9、成交供应商澄清函（如有请提供）
- 10、最终报价
- 11、履约保证金交纳证明
- 12、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

采购合同书

合同编号：_____

项目名称：_____

项目编号：_____

采购人（甲方）：_____

成交供应商（乙方）：_____

根据 年 月 日_____项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1. 采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表及澄清函（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 工程承包范围（如有工程量清单则填写）：

2. 合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币_____（¥_____元）。（详见投标报价表）

3. 交货要求

3.1 交货期：_____

3.2 交货地点：_____

3.3 交货方式：_____

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

5. 质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：_____（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在_____小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价；

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：按招标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6. 合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7. 产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 11.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8. 技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9. 货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10. 调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购

文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11. 违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14. 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议报

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 中标通知书；

- (2) 履约保证金交纳证明;
- (3) 招标文件货物需求一览表;
- (4) 招标文件的澄清和修改;
- (5) 投标报价表;
- (6) 投标产品技术资料表、商务条款偏离表;
- (7) 中标供应商澄清函;
- (8) 其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份，采购人存副本一份。

采购人（甲方）：_____ 中标供应商（乙方）：_____

地址：_____ 地址：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

开户银行：_____

开户名称：_____

银行账号：_____

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：_____年____月____日